



<b>CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2015</b>
<b>Painel de Fenótipos - Classe II - amostra 66</b>

Laboratório	DR1	DR103	DR4	DR7	DR9	DR15	DR16	DR53	DR11	DR13	DR51	DR52	DQ7	DQ8	DQ9	DR8	DR10	DQ6	
13																			
16																			
19																			
28																			
49																			

Especificidades reportadas	DR1	DR103	DR4	DR7	DR9	DR15	DR16	DR53	DR11	DR13	DR51	DR52	DQ7	DQ8	DQ9	DR8	DR10	DQ6
Nº de laboratórios	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	20%	20%	20%

<p>Amostra sem consenso: Somente cinco laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .</p>	<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>
--	--