

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2019
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 92

Laboratório	DR8	DR13	DR14	DR17	DR18	DQ2	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*03	DQA1*05	DQA1*06
2												
4	Amostra Reportada como Negativa											
6												
7												
8												
9												
10												
12												
13												
14												
15												
18												
19	Não Reportado											
20												
22												
23												
24												
25												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
37												
38												
39												
40												
41												
43												
45												
46												
47												
49												
51												
	DR8	DR13	DR14	DR17	DR18	DQ2	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*03	DQA1*05	DQA1*06

Especificidades reportadas	DR8	DR17	DR14	DQ8	DQ2	DQ9	DQ7	DQA1*03	DQA1*05	DR13	DR18	DQA1*06
Nº de laboratórios	35	31	30	27	14	12	7	6	5	3	3	2
%	95%	84%	81%	73%	38%	32%	19%	16%	14%	8%	8%	5%
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.				Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 5 e 73%.								