



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2020
 CONSENSO GERAL PRA
 RESULTADO LABORATÓRIOS - FENOPTIPOS



LABORATÓRIO	Amostra	Classe I ou II	Resultado reportado	Especificidades reportadas somente pelo laboratório	Classificação do Resultado	Comentário reportado pelo laboratório	Comentários realizados pela comissão para o laboratório
2020243-1	94	I	A1, A23, A24, B7, B27, B39, B42, B44, B45, B49, B54, B55, B67, B81, B82, Cw14,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	B45, B7, A23, A24, B44, B42, A1, B81, B54, B67, B55, B49, Cw14, B39, B82, B27. MFI das especificidades encontradas foram de 15.500 a 4.303.	
2020439-1	94	I	A1, A36, B7, B27, B39, B44, B45, B54, B55, B81, Cw14,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	95	I	B8, B18, B35, B38, B39, B46, B49, B50, B51, B52, B54, B55, B59, B64, B65, Cw10,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	B64, B38, B65, B8, B18, B52, B55, Cw10, B35, B39, B51, B46, B54, B59, B50, B49. MFI das especificidades encontradas foram de 18.178 a 2.022.	
2020439-1	95	I	A2, A24, B8, B18, B38, B39, B51, B52, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B63, B64, B65, B67,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	96	I	A2, A11, A23, A24, A25, A68, A69, B7, B8, B27, B38, B39, B48, B49, B50, B51, B52, B57,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	B50, A2, B67, B51, B57, B52, B39, B48, B27, Cw7, B65, A68, B58, A1, B60, Cw8, B7, B38, B64, B59, A24, A25, A69, B8, A23, B49. MFI das especificidades encontradas foram de 28.168 a 2.626.	
2020439-1	96	I	A2, A23, A24, A25, A32, A68, A69, B7, B18, B27, B35, B48, B49, B50, B51, B52, B54, B55	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	94	II	DQ6	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	DQ6. MFI da especificidade encontrada foi de 1.139.	
2020439-1	94	II	RESULTADO REPORTADO COMO ANÁLISE INDETERMINADA	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	95	II	REPORTADO COMO NEGATIVO	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020439-1	95	II	REPORTADO COMO NEGATIVO	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	96	II	DR1, DR4, DQ5, DQ6, DQ8,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	DQ8, DR4, DR1, DQ5, DQ6. MFI das especificidades encontradas foram de 2.577 a 1.612.	
2020439-1	96	II	DR1, DR4, DR8, DR12, DQ6, DQ8,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	97	I	A25, A26, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A66, A74, A80, B7, B8, B18, B38, B39, B42, B54	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	B8, B55, A80, B54, B18, B42, A34, A66, A29, B39, B64, A32, A33, A7, B46, B59, A30, B38, A26, B65, A25, B7, A31, B56. MFI das especificidades encontradas foram de 19.715 a 2.690.	
2020439-1	97	I	A25, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A68, B7, B8, B18, B38, B39, B42, B49, B50, B54, B55	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	98	I	A2, A23, A24, A30, A68, A69, B7, B39, B42, B49, B50, B51, B52, B54, B55, B56, B67, B71,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	B54, A24, A23, B49, B67, B50, B55, B52, A2, B7, B51, A68, A30, B78, B39, A69, Cw18, B81, B72, B71, B56, B42. MFI das especificidades encontradas foram de 19.243 a 2.863.	
2020439-1	98	I	A2, A23, A24, A68, A69, B7, B13, B35, B39, B42, B48, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B67	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	99	I	REPORTADO COMO NEGATIVO	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020439-1	99	I	A32, A36, B44, B47, B51, B71, Cw8,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	97	II	REPORTADO COMO NEGATIVO	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020439-1	97	II	REPORTADO COMO NEGATIVO	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	98	II	DR1, DR4, DR7, DR9, DR10, DR14, DR15, DR16, DR51, DR53, DQ9, DP5,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	DR4, DR1, DR53, DR14, DP5, DR16, DR7, DR51, DR9, DR10, DQ9, DR15. MFI das especificidades encontradas foram de 18.576 a 3.514.	
2020439-1	98	II	DR1, DR4, DR7, DR9, DR10, DR14, DR15, DR16, DR51, DR53, DQ9, DP5,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		
2020243-1	99	II	DR1, DR4, DR7, DR8, DR9, DR12, DR15, DR16, DR51, DR52, DR53, DQ4, DQ6, DQ8, DQ9	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC	DR8, DR12, DR9, DQ9, DQ4, DR15, DQ6, DR16, DR51, DR52, DR53, DR7, DQ8, DR1, DR4. MFI das especificidades encontradas foram de 3.497 a 2.117.	O PRA - antígenos Isolados classe II foi identificado como um perfil falso positivo associado a pacientes lúpicos (Grenzi, PC. et al, 2013)
2020439-1	99	II	DR1, DR4, DR7, DR8, DR9, DR12, DR15, DR16, DR51, DQ4, DQ6, DQ9,	Não avaliado. Somente 2 laboratórios reportaram resultado	Não graduado - SC		O PRA - antígenos Isolados classe II foi identificado como um perfil falso positivo associado a pacientes lúpicos (Grenzi, PC. et al, 2013)



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2020
CONSENSO GERAL PRA
FENOTIPO - CONSENSO



Amostra	Classe I ou II	Comentário
94	I	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
95	I	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
96	I	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
94	II	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
95	II	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
96	II	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
97	I	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
98	I	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
99	I	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
97	II	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
98	II	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.
99	II	Amostra sem consenso Somente 2 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3.2 da carta de Instruções.